

DIN 13155:2016 (Sanitätskoffer)

Anzahl	Bezeichnung	Ausführung
Absaugung und Beatmung		
1	Absaugpumpe	
2	Absaugkatheter	CH 18 (rot) ¹
2	Absaugkatheter	CH 14 (grün) ¹
2	Absaugkatheter	CH 10 (schwarz) ¹
1	Beatmungsbeutel	
1	Beatmungsmaske	Erwachsene ²
1	Beatmungsmaske	Jugendliche ²
1	Beatmungsmaske	Kinder ²
1	Guedeltubus	Gr. 5 ³
1	Guedeltubus	Gr. 4 ³
1	Guedeltubus	Gr. 3 ³
1	Larynx-Tubus	Gr. 5 mit Blockerspritze und Beißblock ⁴
1	Larynx-Tubus	Gr. 4 mit Blockerspritze und Beißblock ⁴
Diagnostik		
1	Blutdruckmessgerät	Mit Blutdruckmanschette für Erwachsene
1	Stethoskop	
1	Diagnostikleuchte	
Ge- und Verbrauchsmaterial		
2	Heftpflaster	2,5 x 5 cm
16	Wundschnellverband	10 x 6 cm
8	Fingerkuppenverband	
8	Fingerverband	18 x 2 cm
8	Pflasterstrips	1,9 x 7,2 cm
16	Pflasterstrips	2,5 x 7,2 cm
2	Verbandpäckchen	Klein
4	Verbandpäckchen	Mittel
2	Verbandpäckchen	Groß
1	Verbandtuch	60 x 80 cm
1	Verbandtuch	40 x 60 cm
6	Kompresse	10 x 10 cm ⁵

Anzahl	Bezeichnung	Ausführung
2	Augenkomresse	
3	Fixierbinde	8 cm
3	Fixierbinde	6 cm
1	Netzverband	Gr. 3, Extremitäten, 4m gedehnt
2	Dreiecktücher	aus Vlies
2	Sofort-Kälte-Pack	15 x 17 cm ⁶
1	Schere	
1	Rettungsdecke	
10	Vliesstofftücher / Mundschutztücher	20 x 30 cm ⁷
2	Folienbeutel	30 x 40 cm ⁸
4	Paar Einmalhandschuhe	L, Nitril
4	Paar Einmalhandschuhe	M, Nitril
1	Händedesinfektionsmittel	100ml
2	Extremitätenschiene	
1	HWS-Schiene	Erwachsene, größenverstellbar
1	Anhängekarten für Verletzte/Erkrankte	
1	Splitterpinzette	nach Feilchenfeld, 11 cm
1	Zeckenzange ⁹	

Hinweise:

¹ Die DIN-Norm fordert 6 Einmal-Absaugkatheter mit Endöffnung in drei Größen, einzeln, steril verpackt

² Die DIN-Norm fordert 3 Beatmungsmasken in drei Größen

³ Die DIN-Norm fordert 3 Guedeltuben in drei Größen

⁴ Die DIN-Norm fordert 2 Larynxtuben in zwei Größen mit Blockerspritze

⁵ Die DIN-Norm fordert 6 Komresse (100 ± 5) mm × (100 ± 5) mm, maximal paarweise verpackt, steril

⁶ Die DIN-Norm fordert 2 Kälte-Sofortkomresse Fläche min. 200 cm, ohne Vorkühlung, vorgegebene Handhabungs- und Lagerbedingungen beachten

⁷ Die DIN-Norm fordert 2 Vliesstoff-Tücher mit dem Mindestmaße 200 mm × 300 mm und einer flächenbezogenen Masse von min. 15 g/m²

⁸ Die DIN-Norm fordert 2 Folienbeutel, verschließbar, aus Polyethylen mit dem Mindestmaß 300 mm × 400 mm und einer Mindestfoliendicke von 45 µm

⁹ Die DIN-Norm fordert ein Mittel zum Entfernen von Zecken